マグチタン NEO ベーシック
マグチタン NEO カーボン

取扱説明書

Colantotte®

■「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン シリーズ」は医療機器として認証されています。
100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。

■純チタン 採用

純チタン採用（バックル除く）で、とても軽い着け心地。
純チタンは汗や水に強く、錆びにくいのでスポーツシーンでも安心してご使用いただけます。
「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。

※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

■ 独自のN極S極交互配列



N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントッテの磁気パワーの特長です。



〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉
arc Quest
製造販売元 株式会社アーク・クエスト
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
0120-080-523 www.colantotte.jp

MA01_R02

■ 製品仕様



フェライト永久磁石100mT(1000G)×4個 N極S極交互配列

○マグチタン NEO ベーシック

Ｓｐｅｃ：フェライト永久磁石
100mT(1000G)4個を交互配列
Material：樹脂、ステンレス、純チタン
Ｓｉｚｅ：フリーサイズ17.5～23cm　幅10mm
医療機器認証番号：221AGBZX00163A04

○マグチタン NEO カーボン

Ｓｐｅｃ：フェライト永久磁石
100mT(1000G)4個を交互配列
Material：樹脂、ステンレス、純チタン、カーボン
Ｓｉｚｅ：フリーサイズ17.5～23cm　幅10mm
医療機器認証番号：221AGBZX00163A04



■ お手入れ方法･その他

●汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
●汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
●汚れのひどい時は中性洗剤を使用し、水で十分に洗い流した後、柔らかい布で拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
●ぬれた状態で長時間放置しないでください。
●薬剤や漂白剤は、使用しないでください。
●腕に密着させて使用してください。
（本製品は、ブレスレットなど手首に使用する機器及び足首に使用する機器ではありません。）

ベルトの長さ調節について



ベルトの長さ調節について